




GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-0004668



Miembro de



Certificado por



Sres.

E Y G MEDICAL SYSTEM SRL

At. : **MSc. NATALIA MACIEL**

JEFA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

San Martín, 12 de Abril de 2017

PROTOCOLO DE ANALISIS N° 55846

Muestra recibida : 10 Implantes dentales Lote 3. Vto: 05/2021.
(Muestreado por el cliente)
Procedencia : E Y G MEDICAL SYSTEM SRL
Fecha de recepción : 28/03/2017
Análisis Solicitado : MICROBIOLOGIA

Resultado de Análisis:

DETERMINACION	METODO	RESULTADO
Test de Esterilidad	USP 38, NF 25 (2007)	Sin turbidez (TIO 1976) Sin turbidez (TSB 1976)




Dr. J. HORACIO DENARI
BIOQUIMICO
M.N. 1409/ b / M.P. 1945
DIRECTOR

Lincoln 3872/6
B1650CHP San Martín
Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 54 011 4754-2808
Email: ladiac@ladiac.com.ar
<http://www.ladiac.com.ar>



GESTION
DE LA CALIDAD

R1-9000-0004668



Miembro de



Certificado por



Sres.

E Y G MEDICAL SYSTEM SRL

At. : **MSc. NATALIA MACIEL**

JEFA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

San Martín, 12 de Abril de 2017

PROTOCOLO DE ANALISIS N° 55847

Muestra recibida : 10 Implantes dentales Lote 2. Vto: 04/2021.
(Muestreado por el cliente)

Procedencia : E Y G MEDICAL SYSTEM SRL

Fecha de recepción : 28/03/2017

Análisis Solicitado : MICROBIOLOGIA

Resultado de Análisis:

DETERMINACION	METODO	RESULTADO
Test de Esterilidad	USP 38, NF 25 (2007)	Sin turbidez (TIO 1976) Sin turbidez (TSB 1976)



Dr. J. HORACIO DENARI
BIOQUIMICO
M.N. 1409/b / M.P. 1945
DIRECTOR

Lincoln 3872/6
B1650CHP San Martín
Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 54 011 4754-2808
Email: ladiac@ladiac.com.ar
<http://www.ladiac.com.ar>